

VENCEDORES DO PROCESSO

ADJUDICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE
UMARI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.18.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.18.1
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CICERO ANDERSON ISRAEL SOARES
Data de Publicação: 19/08/2021 13:52:36

TOTAL DO PROCESSO: 6.583,60

CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-M.E 09.632.818/0001-00 4.213,60 **Total: 4.213,60**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 076 4.213,60 **Total: 4.213,60**

Item: 1 Unidade: Unid. Marca: STERMAX Modelo: .

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (21 LITROS) -O equipamento conta com amplo espaço interno, tampa e câmara em aço inox. -Digital com display de LCD. -Design moderno. -Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. -Desaeração e despressurização automáticas, que garantem maior segurança. -Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. -Secagem ultra eficiente com a porta fechada. -Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Frequência: 50/60 Hz. Capacidade da câmara (vaso de pressão): -Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm).-Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). -Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). -Peso máximo (instrumental embalado e desembrado): 2,1 kg. -Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg. -Volume máximo (líquidos): 1.000 ml. -Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P). -Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P). -Peso Líquido: 22,2 kg. -Peso Bruto: 25,5 kg. -Potência: 1.600 Watts.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.213,60 Total Item: 4.213,60

QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 30.323.616/0001-64 2.370,00 **Total: 2.370,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 099 1.110,00 **Total: 1.110,00**

Item: 1 Unidade: Unid. Marca: ECEL-Ultrassom Sonic Modelo: ECEL-Ultrassom Sonic

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Moderno sistema para remoção de tártaro. Piezoelétrico de última geração e de fácil manuseio.-Ultrassom possui sistema eletrônico piezoelétrico com frequência de 30 KHz (±10%) de potência comandada pelo operador com peça-de-mão removível e autoclavável.-Sua principal função é a profilaxia dentária realizada através do trabalho de raspagem da camada de tártaro existente nos dentes a serem tratados.-As vantagens principais do equipamento são a unidirecionalidade da oscilação, a possibilidade de atingir frequências mais elevadas (29KHz), sem que aqueça a peça/inserto.-Fusível: 315 mA.-Frequência: 29.000 Hz.-Potência: 35W.- Temperatura 10°C a 40°C.-Umidade Relativa do Ar: 30% - 75%. -Pressão Atmosférica: 700 hPa - 1060 hPa.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.110,00 Total Item: 1.110,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 073 1.260,00 **Total: 1.260,00**

Item: 1 Unidade: Unid. Marca: DX KIT MEGA BUTTON INTRA Modelo: DX KIT MEGA BUTTON INTRA

Descrição: KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO (canetas): Alta Rotação Sigma Air 3P PB.- Alto torque.- Leve.- Para brocas entre 1,59 e 1,6 mm de diâmetro.- Spray triplo.- Push Button.Contra. Ângulo FX 110 1:1.- Sistema INTRA.- Sistema de fixação de brocas por Trava.- Transmissão 1:1.- Cabeça montada com rolamentos.- Utiliza brocas entre 2,35 mm e 2,334 mm de diâmetro. Micromotor MI 01.- Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 a 25.000 rpm.- Turbina confeccionada em aço inoxidável que garante maior durabilidade.- Sistema INTRA, permite giro livre de 360°.- Baixo nível de vibração e ruído.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.260,00 Total Item: 1.260,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE
UMARI-CE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cicero Anderson Israel Soares", positioned above a horizontal line.

PREGOEIRO: CICERO ANDERSON ISRAEL SOARES